
JCSSトレーサビリティ体系：圧力計・真空計の例



JCSSトレーサビリティ体系：リーク計の例

産業技術総合研究所
（特定標準器）及び、
情報通信研究機構※

国家計量標準
（圧力、長さ、温度、時間※ ）

※時間は、産業技術総合研究所及び情報通信研究機構が、国家計量標準を保有しています。

登録／認定事業者
（特定二次標準器または常用参照標準、実用標準）

特定二次標準器または常用参照標準／実用標準
（圧力、長さ、温度、時間／標準リーク）

JCSS
校正証明書

jcss標章付校正証明書

登録／認定事業者
（常用参照標準）

常用参照標準
（標準リーク）

ユーザ
（現場計測器）

一般計測機器
（標準リーク）

JCSS
校正証明書

JCSS標章付校正証明書