International Accreditation Japan

認定した試験所の情報

情報更新年月日：2026 年 9 月 16 日

認　定　識　別：　ASNITE 0069 Testing

試験所の名称：　オルガノ株式会社
　　技術開発本部 開発センター

試験所の所在地：　神奈川県相模原市南区西大沼 4 丁目 4 番地 1 号

法 人 の 名 称：　オルガノ株式会社

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2028 年 10 月 22 日

（別　紙）

事　業　所　名：オルガノ株式会社　技術開発本部　開発センター
事業所所在地：神奈川県相模原市南区西大沼４丁目４番地１号
実施する業務：マネジメントシステム管理、顧客対応、依頼受付、サンプリング、試料保管、
分析試験、結果の妥当性確認、試験報告書の発行

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号	認定発効日
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術			
化学製品	水	ICP/MS（誘導結合プラズマ質量分析法）	ナトリウム／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 5.2*1	2024年10月23日
			カリウム／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 6.2*1	
			カルシウム／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 7.3*1	
			マグネシウム／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 8.3*1	
			銅／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 9.3*1	
			亜鉛／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 10.3*1	
			鉛／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 11.2*1	
			カドミウム／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 12.3*1	
			ニッケル／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 13.2*1	
			コバルト／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 14.2*1	
			マンガン／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 15.3*1	
			クロム／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 16.2*1	
			アルミニウム／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 17.2*1	
			鉄／超純水（サンプリングを含む）	JIS K 0553 18.3*1	

*1：一部変更内容
JIS K 0553 4.3 試料容器の洗浄
硝酸(0.2mol/L)を満たし、16時間以上放置する作業に変えて、超純水を満たし、
超音波による洗浄を行う。

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号	認定発効日
カテゴリー	サブ カテゴリー	試験技術			
化学製品	水	TOC	TOC／ 超純水、原水、 医薬品製造用水	JIS K 0551 4.4[*2] JIS K 0102-1 19.2[*3] 第19改正 日本薬局方 2.59 EP12 2.2.44 USP-NF 2026,Issue 3 643	2024年 10月23日

*2：一部変更内容
JIS K 0551 4.4
定量範囲はC 10 μg/L～2000 μg/Lとする。

*3：一部変更内容
JIS K 0102-1 19.2
定量範囲はC 0.1 mg/L～5 mg/Lとする。

（以　上）